

# Measures devised to deal with the external review

## ■ Type-A

- 2-layer SASを最初からインストールし運用する。
  - フルスケールのテストは現地でしかできない。
  - Type-AとType-Bの違いは低温対応を除けばGAS filterの段数の違いだけ。
- 現時点では低温のことは忘れる。
- 低温を考慮したCBは常温時は省き、payloadはGAS filterが1段入った2段振り子とする。

## ■ Type-B

- BS/PRM/SRM用7台をiLCGTの最初からインストールして運用する。
- PayloadのデザインはType-A用を踏襲する。
- フルプロトタイプをTAMAを使って2012年に試験する。
- インストールのため最低6カ月は必要である。

# Modification of payload

