

Measure devised to deal with the external review

■ Type-A

- 2-layer SASを最初からインストールし運用する。
 - フルスケールのテストは現地でしかできない。
 - Type-AとType-Bの違いは低温対応を除けばGAS filterの段数の違いだけ。
- 現時点では低温のことは忘れる。
- 低温を考慮したCBは常温時は省き、payloadはGAS filterが1段入った2段振り子とする。
- iLCGTではTMが軽い分をRMが担う。

■ Type-B

- BS/PRM/SRM用7台をiLCGTの最初からインストールして運用する。
- PayloadのデザインはType-A用を踏襲する。
- ただしTMを覆うタイプのRMは折り返しのビーム光路を制限するので平行配置になるかもしれない。

Modification of payload

